

印

発行日 2016年5月12日
発行番号 16-04122-6

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (㈱ティアントデイ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187E
管理番号 (Management No) 21139
校正年月日 (Date) 2016年5月9日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



空温

発行日 2016年3月1日
発行番号 16-02126-3

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社イノテック製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B81EEF
管理番号 (Management No) 23259
校正年月日 (Date) 2016年2月26日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2016年5月12日
発行番号 16-04122-7

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイソトプ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187F
管理番号 (Management No) 21140
校正年月日 (Date) 2016年5月9日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2016年5月12日
発行番号 16-04122-5

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社トクメイ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187D
管理番号 (Management No) 21138
校正年月日 (Date) 2016年5月9日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2016年3月1日
発行番号 16-02126-1

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社イソトイ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B81ED6
管理番号 (Management No) 23257
校正年月日 (Date) 2016年2月26日

上記製品は、品質管理の国際規格IS09001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2016年3月1日
発行番号 16-02126-2

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイソトープ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B81EEE
管理番号 (Management No) 23258
校正年月日 (Date) 2016年2月26日

上記製品は、品質管理の国際規格IS09001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0265-25-3111



発行日 2016年5月12日
発行番号 16-04122-4

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイテック製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187C
管理番号 (Management No) 21137
校正年月日 (Date) 2016年4月28日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2016年5月12日
発行番号 16-04122-3

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者(Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
 製品名(Description) おんどとり Jr. (㈱ティアント®製)
 形式(Model No) RTR-501L
 製造番号(Serial No) 52B8187B
 管理番号(Management No) 21136
 校正年月日(Date) 2016年4月28日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
 この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
 校正サービス課 TEL 0263-25-3111

発行日 2016年5月12日
発行番号 16-04122-2

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社イノダ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187A
管理番号 (Management No) 21135
校正年月日 (Date) 2016年4月28日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2016年5月12日
発行番号 16-04122-1

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (樹テイント® 製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B81879
管理番号 (Management No) 21134
校正年月日 (Date) 2016年4月28日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2016年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2016年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課 TEL 0263-25-3111

