

発行日 2017年8月1日
発行番号 17-07102-2

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社イノテック製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187E
管理番号 (Management No) 21139
校正年月日 (Date) 2017年7月26日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

佐藤

発行日 2017年2月6日
発行番号 17-01174-1

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 殿
 製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイテック製)
 形式 (Model No) RTR-501L
 製造番号 (Serial No) 52B81EEF
 管理番号 (Management No) 23259
 校正年月日 (Date) 2017年2月3日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
 この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
 校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2017年8月1日
発行番号 17-07102-3

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社イノテック製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187F
管理番号 (Management No) 21140
校正年月日 (Date) 2017年7月26日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0265-25-3111



発行日 2017年8月1日
発行番号 17-07102-1

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社「おんどとり」製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187D
管理番号 (Management No) 21138
校正年月日 (Date) 2017年7月26日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

佐藤

1703

発行日 2017年6月15日
発行番号 17-06051-4

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (㈱ティアント® 製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B81ED6
管理番号 (Management No) 23257
校正年月日 (Date) 2017年6月13日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

佐藤

発行日 2017年6月15日
発行番号 17-06051-5

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社イノテック製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B81EEE
管理番号 (Management No) 23258
校正年月日 (Date) 2017年6月13日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2017年6月15日
発行番号 17-06051-3

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (㈱ティアントデイ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187C
管理番号 (Management No) 21137
校正年月日 (Date) 2017年6月14日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社
〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

佐藤

発行日 2017年6月15日
発行番号 17-06051-2

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社トデイ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187B
管理番号 (Management No) 21136
校正年月日 (Date) 2017年6月14日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2017年10月31日

高山理化学機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2017年8月1日
発行番号 17-07102-5

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社「おんどとり」製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B8187A
管理番号 (Management No) 21135
校正年月日 (Date) 2017年7月31日

上記製品は、品質管理の国際規格IS09001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課 TEL 0265-25-3111



発行日 2017年8月1日
発行番号 17-07102-4

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社 デイ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B81879
管理番号 (Management No) 21134
校正年月日 (Date) 2017年7月31日

上記製品は、品質管理の国際規格IS09001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2017年6月15日
発行番号 17-06051-1

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 聖マリアンナ医科大学病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (㈱ティアントデイ製)
形式 (Model No) RTR-501L
製造番号 (Serial No) 52B80EAE
管理番号 (Management No) 26111
校正年月日 (Date) 2017年6月14日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2017年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2017年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

