

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名： 温度ロガー	校正証明書No.： CI000005659-010001-0001
型式： RTR-501	校正日： 2021年09月02日
製造番号： 52B8187F	校正者： 丹治 光太郎
メーカー： ティアンドデイ	承認者： 伊藤 良彦
管理番号： 恒温1	総合判定： 適合
設置場所： -	

校正作業手順書： VA-02-01-04

温度： 23.0 °C

湿度： 58.9 %rh

使用標準器

品質治具

管理番号	品名	管理番号	品名
EK-469	おんどとり Jr.	EX-4006	温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名：	温度ロガー	校正証明書No.：	CI000005659-010002-0001
型式：	RTR-501	校正日：	2021年09月02日
製造番号：	52B8187D	校正者：	丹治 光太郎
メーカー：	ティアンドデイ	承認者：	伊藤 良彦
管理番号：	恒温2	総合判定：	適合
設置場所：	-		

校正作業手順書： VA-02-01-04

温度： 23.0 °C

湿度： 59.4 %rh

使用標準器

品質治具

管理番号	品名	管理番号	品名
EK-468	おんどとり Jr.	EX-4006	温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名：	温度ロガー	校正証明書No.：	CI000005659-010003-0001
型式：	RTR-501	校正日：	2021年09月02日
製造番号：	52B81ED6	校正者：	丹治 光太郎
メーカー：	ティアンドデイ	承認者：	伊藤 良彦
管理番号：	恒温3	総合判定：	適合
設置場所：	-		

校正作業手順書： VA-02-01-04
温度： 23.0 °C
湿度： 58.9 %rh

使用標準器

品質治具

管理番号	品名	管理番号	品名
EK-466	おんどとり Jr.	EX-4006	温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名：	温度ロガー	校正証明書No.：	CI000005659-010004-0001
型式：	RTR-501	校正日：	2021年09月02日
製造番号：	52B81EEE	校正者：	丹治 光太郎
メーカー：	ティアンドデイ	承認者：	伊藤 良彦
管理番号：	恒温4	総合判定：	適合
設置場所：	-		

校正作業手順書： VA-02-01-04
温度： 23.0 °C
湿度： 58.9 %rh

使用標準器

管理番号

品名

品質治具

管理番号

品名

EK-469

おんどとり Jr.

EX-4006

温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名： 温度ロガー
型式： RTR-501
製造番号： 52B8187C
メーカー： ティアンドデイ
管理番号： 冷所1
設置場所： -

校正証明書No.： CI000005659-010005-0001
校正日： 2021年09月02日
校正者： 丹治 光太郎
承認者： 伊藤 良彦
総合判定： 適合

校正作業手順書： VA-02-01-04
温度： 22.4 °C
湿度： 59.6 %rh

使用標準器

管理番号

品名

品質治具

管理番号

品名

EK-463

おんどとり Jr.

EX-4006

温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名： 温度ロガー
型式： RTR-501
製造番号： 52B8187B
メーカー： ティアンドデイ
管理番号： 冷所2
設置場所： -

校正証明書No.： CI000005659-010006-0001
校正日： 2021年09月02日
校正者： 丹治 光太郎
承認者： 伊藤 良彦
総合判定： 適合

校正作業手順書： VA-02-01-04
温度： 23.0 °C
湿度： 58.9 %rh

使用標準器

管理番号

品名

EK-461

おんどとり Jr.

品質治具

管理番号

品名

EX-4006

温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名： 温度ロガー
型式： RTR-501
製造番号： 52B8187A
メーカー： ティアンドデイ
管理番号： 冷所3
設置場所： -

校正証明書No.： CI000005659-010007-0001
校正日： 2021年09月02日
校正者： 丹治 光太郎
承認者： 伊藤 良彦
総合判定： 適合

校正作業手順書： VA-02-01-04
温度： 23.0 °C
湿度： 58.9 %rh

使用標準器

管理番号

品名

品質治具

管理番号

品名

EK-464

おんどとり Jr.

EX-4006

温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名：	温度ロガー	校正証明書No.：	CI000005659-010008-0001
型式：	RTR-501	校正日：	2021年09月02日
製造番号：	52B81879	校正者：	丹治 光太郎
メーカー：	ティアンドデイ	承認者：	伊藤 良彦
管理番号：	冷所4	総合判定：	適合
設置場所：	-		

校正作業手順書： VA-02-01-04
温度： 23.0 °C
湿度： 58.9 %rh

使用標準器

管理番号

品名

EK-465

おんどとり Jr.

品質治具

管理番号

品名

EX-4006

温湿度計

備考

校正証明書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名： 温度ロガー	発行日： 2021年09月06日
型式： RTR-501	校正日： 2021年09月02日
製造番号： 52B80EAE	校正作業手順書： VA-02-01-04
管理番号： 冷所5	校正成績書No.： I000005659-010009-0001
設置場所： -	

上記の校正対象機器は、弊社の品質管理体制（ISO 9001:2015/JIS Q 9001:2015に準拠した校正）に従って実施したことを証明しています。

使用標準器は、弊社測定器管理規定に基づき、国家の校正機関（日本電気計器検定所、JCSS校正機関等）及びISO/IEC 17025に準拠した校正機関等でその精度を定期的に校正し、トレーサビリティを確保しています。

使用標準器

管理番号	品名	型式	メーカー	有効期限
EK-462	おんどとり Jr.	RTR-507/HHB-301	(株)ティアンドデイ	2021年09月15日


NKS エヌケイエス株式会社

神奈川支店 サービス

神奈川県相模原市中央区淵野辺本町3-1-9

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名：	温度ロガー	校正証明書No.：	CI000005659-010009-0001
型式：	RTR-501	校正日：	2021年09月02日
製造番号：	52B80EAE	校正者：	丹治 光太郎
メーカー：	ティアンドデイ	承認者：	伊藤 良彦
管理番号：	冷所5	総合判定：	適合
設置場所：	-		

校正作業手順書： VA-02-01-04
温度： 23.1 °C
湿度： 63.8 %rh

使用標準器

品質治具

管理番号	品名	管理番号	品名
EK-462	おんどとり Jr.	EX-4006	温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名：	温度ロガー	校正証明書No.：	CI000005659-010010-0001
型式：	RTR-501	校正日：	2021年09月02日
製造番号：	52B81EEF	校正者：	丹治 光太郎
メーカー：	ティアンドデイ	承認者：	伊藤 良彦
管理番号：	冷所6	総合判定：	適合
設置場所：	-		

校正作業手順書： VA-02-01-04

温度： 22.4 °C

湿度： 59.6 %rh

使用標準器

品質治具

管理番号	品名	管理番号	品名
EK-463	おんどとり Jr.	EX-4006	温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名： 温度ロガー
型式： RTR-501
製造番号： 52B8318A
メーカー： ティアンドデイ
管理番号： 冷所7
設置場所： -

校正証明書No.： CI000005659-010011-0001
校正日： 2021年09月02日
校正者： 丹治 光太郎
承認者： 伊藤 良彦
総合判定： 適合

校正作業手順書： VA-02-01-04
温度： 23.0 °C
湿度： 58.9 %rh

使用標準器

品質治具

管理番号	品名	管理番号	品名
EK-465	おんどとり Jr.	EX-4006	温湿度計

備考

校正成績書

お客様名： 聖マリアンナ医科大学病院

品名：	温度ロガー	校正証明書No.：	CI000005659-010012-0001
型式：	RTR-501	校正日：	2021年09月02日
製造番号：	52B8187E	校正者：	丹治 光太郎
メーカー：	ティアンドデイ	承認者：	伊藤 良彦
管理番号：	室温	総合判定：	適合
設置場所：	-		

校正作業手順書： VA-02-01-04

温度： 22.0 °C

湿度： 60.5 %rh

使用標準器

品質治具

管理番号	品名	管理番号	品名
EK-467	おんどとり Jr.	EX-4006	温湿度計

備考