

発行No. : MC44-00447 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR-501L
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52B8187D
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ㈱	2025年9月

発行No. : MC44-00447 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR-501L
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52B8187D
校 正 日	2025年4月15日

1. 総合判定

合格

2. 校正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.1 °C	合格

校正時の環境


気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史

品質管理者 :

渡邊 岳

トレーサビリティ体系図_TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00448 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR-501L
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52B81EEE
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ㈱	2025年9月

発行No. : MC44-00448 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR-501L
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52B81EEE
校 正 日	2025年4月15日

1. 総 合 判 定

合格

2. 校 正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.3 °C	合格


校正時の環境

気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史

品質管理者 : 渡邊 岳

トレーサビリティ体系図__TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00456 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	5280141A
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ(株)	2025年9月

発行No. : MC44-00456 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	5280141A
校 正 日	2025年4月15日

1. 総合判定

合格

2. 校正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	25.0 °C	± 0.5°C	25.2 °C	合格

校正時の環境

気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史




品質管理者 :

渡邊 岳



トレーサビリティ体系図_TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00457 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801426
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ(株)	2025年9月

発行No. : MC44-00457 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801426
校 正 日	2025年4月15日

1. 総合判定

合格

2. 校正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	25.0 °C	± 0.5°C	25.2 °C	合格


校正時の環境

気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史

品質管理者 : 渡邊 岳

トレーサビリティ体系図_TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00454 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	5280141B
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ(株)	2025年9月

発行No. : MC44-00454 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製品名	ワイヤレスサーモレコーダ
型式	RTR501BL
管理番号	-
製造番号	5280141B
校正日	2025年4月15日

1. 総合判定

合格

2. 校正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.4 °C	合格

校正時の環境


気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史

品質管理者 : 渡邊 岳

トレーサビリティ体系図_TSC03

 (温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00450 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	528013EE
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ㈱	2025年9月



未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

株式会社 レックス

兵庫県西宮市西宮浜3-29 〒662-0834

TEL(0798)38-6363 FAX(0798)38-6360

当社は、計測機器のレンタル、メンテナンスに関して
ISO9001の認証を取得しています

発行No. : MC44-00450 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製品名	ワイヤレスサーモレコーダ
型式	RTR501BL
管理番号	-
製造番号	528013EE
校正日	2025年4月15日

1. 総合判定

合格

2. 校正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.4 °C	合格

校正時の環境

気圧 : 997hPa


校正試験者 : 篠原 篤史



品質管理者 : 渡邊 岳



トレーサビリティ体系図_TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00449 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	5280141E
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ(株)	2025年9月

発行No. : MC44-00449 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製品名	ワイヤレスサーモレコーダ
型式	RTR501BL
管理番号	-
製造番号	5280141E
校正日	2025年4月15日

1. 総合判定

合格

2. 校正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.4 °C	合格

校正時の環境


気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史

品質管理者 : 渡邊 岳

トレーサビリティ体系図_TSC03

 (温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00452 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801422
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ㈱	2025年9月

発行No. : MC44-00452 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801422
校 正 日	2025年4月15日

1. 総合判定

合格

2. 校正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.3 °C	合格


校正時の環境

気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史

品質管理者 : 渡邊 岳

トレーサビリティ体系図_TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00455 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	5280141C
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ(株)	2025年9月

発行No. : MC44-00455 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	5280141C
校 正 日	2025年4月15日

1. 総合判定

合格

2. 校正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.2 °C	合格


校正時の環境

気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史

品質管理者 : 渡邊 岳

トレーサビリティ体系図_TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00451 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801419
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ㈱	2025年9月

発行No. : MC44-00451 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801419
校 正 日	2025年4月15日

1. 総 合 判 定

合格

2. 校 正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.3 °C	合格


校正時の環境

気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史

品質管理者 : 渡邊 岳

トレーサビリティ体系図_TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00453 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801415
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ㈱	2025年9月

発行No. : MC44-00453 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801415
校 正 日	2025年4月15日

1. 総合判定

合格

2. 校正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.1 °C	合格

校正時の環境

気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史




品質管理者 :

渡邊 岳



トレーサビリティ体系図_TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂

発行No. : MC44-00458 -1

発行日 : 2025年4月16日

聖マリアンナ医科大学病院 殿

校正証明書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801416
校 正 日	2025年4月15日

標記の製品は、弊社の定めた作業標準に基づいて校正されていることを証明いたします。

また、校正に使用した社内標準器は以下の通りで、校正機関を通じて国が定める標準供給機関にトレーサブルであることを証明します。

使用標準器

	名称	型式	製造番号	校正機関	校正期限
■	デジタル温湿度計	本体 : MI70 センサ : HMP76B	本体 : B1730094 センサ : B2050003	ヴァイサラ(株)	2025年9月

発行No. : MC44-00458 -2

発行日 : 2025年4月16日

試験成績書

製 品 名	ワイヤレスサーモレコーダ
型 式	RTR501BL
管 理 番 号	-
製 造 番 号	52801416
校 正 日	2025年4月15日

1. 総 合 判 定

合格

2. 校 正

校正項目	基準値	許容範囲	測定値	判定
温度校正	4.0 °C	± 0.5°C	4.1 °C	合格

校正時の環境

気圧 : 997hPa

校正試験者 : 篠原 篤史




品質管理者 :

渡邊



トレーサビリティ体系図__TSC03
(温度・湿度分野)



20240924改訂